

Otter

о проведенных мероприятиях по устранению замечаний, выявленных по результатам

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения
«Ставропольский краевой геронтологический центр»

№ п/ п	Нарушение (краткое со- держание)	Мероприятия по устранению	Срок исполнения	Ответ- ственный	Отметка об исполь- нении
1.	Нарушения п.3.598 санитарных правил 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в стерилизационной контролль качества предстерилизационной очистки проводят не ежедневно. Контролю не подлежит 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц.	Обеспечить контроль за качеством предстерилизационной очистки ежедневно. Так как контролю подлежит: в ЦСО – 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при дезентрализованной обработке – 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц.	В ходе про- верки	Главная ме- дицинская сестра Зя- бкова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.
2.	Нарушения п.3.601 санитарных правил 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в отделении соматической адаптации на медицинском	Усилить контроль за использованием из- делий однократного использования	В ходе про- верки	Главная ме- дицинская сестра Зя- бкова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.



	посту повторно используются из- делия однократного применения.				
3	Нарушения п.3793 санитарных правил 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в перевязочном каби- нете наборы для проведения перевязок не индивидуальны	Закупить инструменты для формирования индивидуальных наборов	В течении ноя- бря	Главная ме- дицинская сестра За- брова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.
4	Нарушения п.3794 санитарных правил 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в перевязочном каби- нете «малый» перевязочный стол накрывается не на каждую пере- вязку.	Отказаться от накрытия перевязочного стола, в связи с формированием индиви- дуальных наборов	В ходе про- верки	Главная ме- дицинская сестра За- брова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.
5	Нарушения п.4016 санитарных правил 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», врач-стоматолог рабо- тает без сопровождения среднего медицинского персонала, пред- стерилизационную очистку инструментария проводит само- стоятельно	Выделить медицинскую сестру и органи- зовать предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинского на- значения централизованно.	В ходе про- верки	Главная ме- дицинская сестра За- брова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.
6	Нарушения п.3544 не проводится необходимая дезинфекция в по- мещениях класса чистоты Б, а именно, в нарушениях СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпиде- миологические требования к экс- плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям де-	Усилить контроль за дезинфекцией воз- духа	В ходе про- верки	Главная ме- дицинская сестра За- брова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.

	ятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"			
7	4.5.5. – воздух помещений медицинской организации не соответствует предельному значению содержания общего количества микроорганизмов в 1м3, а именно в ЦСО, перевязочном кабинете.	Нарушения п.3582 санитарных правил , изделия однократного применения утилизируют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами, а именно в нарушении СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содеряжанию территории городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам жильм помещением, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемиологическим (профилактическим) мероприятиям:	Закупить и использовать одноразовые непрекалываемые влагостойкие емкости для сбора острых медицинских отходов класса Б	В течении ноября
	п. 175 – в перевязочном кабинете отделения Милосердие отсутствуют одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости для сбора острых медицинских		Главная медсестра Зябкова А.А.	Исполнено 20.12.2024г.

	отходов класса Б (скальпелей)			
7.1	Нарушения п.3582 санитарных правил , изделия однократного применения утилизируют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами, а именно в нарушении СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам жилым помещением, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно- противоэпидемиологическим (профилактическим) мероприятиям:	Усилить контроль за утилизацией	В ходе про-верки	Главная медсестра Зябкова А.А.
7.2	Нарушения п.3582 санитарных правил , изделия однократного применения утилизируют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами, а именно в нарушении СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно- эпиде-	Усилить контроль за утилизацией	В ходе про-верки	Исполнено 20.12.2024г. Главная медсестра Зябкова А.А.

<p>миологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемиологическим (профилактическим) мероприятиям:</p> <p>п. 201 – в кабинете приема врачей при хранении медицинских отходов допущено хранение использованных скарификаторов в одноразовом контейнере для использующего и режущего инструментария в течении более 3-х суток с начала момента накопления отходов</p>			
---	--	--	--

Главная медицинская сестра Зяблова Анастасия Александровна