

Мероприятие по контролю

№ 26260041000121911135 от

01.06.2026

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору**

**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

**Предписание № 172**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям**

г. Ставрополь  
(место выдачи)

« 17 » июня 2026г.

специалист-эксперт отдела санитарного надзора Мясичев Сергей Николаевич  
(должность, отдел должностного лица, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения обязательного профилактического визита  
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ GERONTOЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ИНН 2636005914, ОГРН 1022601974230

Дата регистрации: 12.02.1979 г.

Юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9.

Фактический адрес: г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9

Директор (руководитель) предприятия - директор

Фамилия, имя, отчество Больбат Константин Эдуардович

(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),

индивидуального предпринимателя)

адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9

(место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства)

Выявлены нарушения

1.

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

п. 4.4.10. Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах. В процедурных кабинетах коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проходят в открытом виде, не закрыты коробами.

2.

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

п.3574 При использовании бактерицидных облучателей открытого или комбинированного типа выключатели должны быть выведены за пределы помещений. В стоматологическом кабинете

и кабинете осмотра на третьем этаже бактерицидные лампы открытого типа включаются внутри кабинета.

**предписываю:**

1. В процедурных кабинетах коммуникации систем водоснабжения и водоотведения закрыть коробами.

2. В стоматологическом кабинете и кабинете осмотра на третьем этаже обеспечить включение/выключение бактерицидных ламп открытого типа за пределами кабинета.

---

(указать требования, предписываемые к выполнению)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок

01 \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 20 27 г.

**Срок исполнения настоящего предписания «01» мая 2027г.**

*Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.*

Предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в соответствии с ч.6 ст.40 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

---

(должность, отдел должностного лица)

Управления Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю  
(руководитель группы)

\_\_\_\_\_ Мясищев С.Н.



подпись

специалист-эксперт  
(Ф.И.О.)

настоящее предписание от \_17 июня 2026 г. № 172 является приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия от \_17 июня 2026 г. №181

**Расписка в получении Предписания**

Предписание от 17.06.2026 г. № 172 получил « 17 » июня 2026г.

Подпись представителя \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(Ф.И.О.)